



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

17.07.2017 № 014-1687/17
На № _____ от _____

О медицинских концентраторах
кислорода



2164317

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

В связи с многочисленными запросами со стороны субъектов обращения медицинских изделий Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения представляет позицию Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросу использования кислородных концентраторов в операционных и отделениях реанимации медицинских организаций.

Приложение: письмо Минздрава России от 15.06.2017 № 17-2/3844 на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

15.06.2017 № 17-2/3844

На № _____ от _____

Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения

Славянская площадь, д. 4, стр. 1,
Москва, 109074



Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России И.В. Молчановым рассмотрел письмо Росздравнадзора от 15.05.2017 № 02-24449/17 (вх. от 16.05.2017 № 2055300) по вопросу использования кислородных концентраторов в операционных и отделениях реанимации медицинских организаций и сообщает следующее.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями.

Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 919н утвержден Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология» (далее – Порядок).

Стандарт оснащения группы анестезиологии-реанимации для взрослого населения, установленный приложением № 3 к Порядку, предусматривает сноску следующего содержания: «При отсутствии в группе анестезиологии-реанимации для взрослого населения системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом группа оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчета одна установка на 1 пациенто-место в операционной, манипуляционной, диагностическом кабинете».

При этом согласно экспертному мнению, представленному главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России И.В. Молчановым, концентраторы кислорода могут применяться только для искусственной вентиляции лёгких пациентов по нереверсивному контуру, так как не гарантируют соблюдения требований к медицински чистому кислороду.

Заместитель директора Департамента

Каракулина